

湘南地域調達情報

令和8年10月6日公表 調達番号:湘26109号

件名:暑さ指数測定表示器の購入(環境科学センター)

見積書提出期限:令和8年10月15日(正午) 見積書提出場所:指導課 調達グループ

項番	品 名	メーカー	型番・規格	同等品 の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	暑さ指数測定表示器	ファースト	型番:HS-1690 付属品:京都電子工業製 WBGT-301	可	1	式	令和9年2月26日	環境科学センター 1階 管理課 (平塚市四之宮1-3-39)

特記事項

仕様の詳細は別添「物品購入仕様書(暑さ指数測定表示器)」のとおり。
納品の際は、事前に下記連絡先へ納品日時について連絡すること。

同等品の確認の連絡先

所属	環境科学センター
担当者	管理課 荻澤
電話	0463-24-3311
FAX	0463-24-3300

物品購入仕様書（暑さ指数測定表示器）

1 物品の名称及び数量

暑さ指数測定表示器 1 式（表示器及び測定器）

2 納入期限

令和 9 年 2 月 26 日（金）まで

3 納入場所

神奈川県環境科学センター（平塚市四之宮 1 丁目 3－39）

4 仕様

日本産業規格 JIS B 7922:2023 による WBGT 指数（以下「WBGT」という。）について、次に定める測定及び表示の機能が、一体として運用できること。

（1）測定に関する要件

少なくとも気温、相対湿度及び黒球温度を実測し、日本産業規格 JIS B 7922:2023 におけるクラス 1.5 以上に準拠した精度により、WBGT が測定できること。

（2）表示に関する要件

ア WBGT 測定値を常時表示できる A1 判サイズ（545×813mm）以上の表示パネルを有すること。

イ 表示パネルは、測定部と有線接続し、WBGT 測定値を即時かつ常時表示できること。

ウ WBGT 測定及び表示に必要な電源は電池式（乾電池/ボタン電池/コイン電池）であること。

エ 表示パネルには、WBGT 測定値に加えて、熱中症危険度（危険、厳重警戒、警戒及び注意など※）を示す表示が含まれ、WBGT 測定値に応じて、いずれの熱中症危険度に該当するかが自動で明示されること。

※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver. 4」（2022）日常生活における指針、公益財団法人日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（2019）運動に関する指針など。

5 その他

本仕様書に定めのない事項については、契約後別途協議するものとする。

— 以 上 —