

横須賀三浦地域調達情報

令和6年1月16日公表 調達番号：須23173号

件名：オートクレーブの購入（水産技術センター）

見積書提出期限：令和6年1月25日（正午） 見積書提出場所：調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	オートクレーブ	トミー工業	LSX-300	可	1	台	令和6年2月29日	水産技術センター 2階 生物工学室 (三浦市三崎町城ヶ島養老子) エレベーターあり

特記事項

別紙【オートクレーブの仕様】の通り。

同等品の確認の連絡先

所属	水産技術センター
担当者	龍崎
電話	046-882-2311
FAX	046-882-3790

オートクレーブの仕様

1 仕様

缶体内容積	44 リットル
最高使用圧力	0.263MPa
有効寸法	φ315×458mm
急速空冷機能	缶体冷却ファン付
使用温度範囲	105～135℃
滅菌コース	滅菌→保温コースを備えること
必要電源	100V・15A(家庭用コンセント)

- ・有効寸法がφ300mm以上であること(外径250mmのフラスコが収容できること)。
- ・急速空冷機能を有すること(滅菌終了後、短時間で対象物を取り出すことができる)。
- ・滅菌コースは液体滅菌、滅菌→保温、溶解→保温コースを備えること。
- ・必要電源は100V・15A(家庭用コンセント)であること。

2 設置場所

水産技術センター

本館2階 生物工学室