

湘南地域調達情報

令和7年3月11日公表 調達番号:湘25006号

件名:自圧式液体窒素容器の購入(環境科学センター)

見積書提出期限:令和7年3月21日(正午) 見積書提出場所:調達課 調達グループ

項番	品 名	メーカー	型番・規格	同等品 の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	自圧式液体窒素容器	西川計測	EN1J-00010	可	1	台	令和7年5月30日 (ただし、令和7年4月1 日以降の納品とする)	環境科学センター 2階ガスクロマトグラフ分析室 (平塚市四之宮1-3-39) エレベーターあり

特記事項

- ・この契約は、令和7年度予算発効時以降、効力を生ずるものとする。
- ・仕様は別紙「物品購入等仕様書」のとおり。

同等品の確認の連絡先

所属	環境科学センター
担当者	管理課 菰澤
電話 FAX	0463-24-3311 0463-24-3300

別紙

物 品 購 入 等 仕 様 書		
納入物品		液体窒素容器
数量		1 台
納入場所		環境科学センター 2 階ガスクロマトグラフ分析室
納期		令和 7 年 5 月 30 日
使用目的		キャニスターGCMS 分析に使用
必要な機能		キャニスターGCMS の自動濃縮装置 Entech7200A に接続でき、液体窒素を分析に供することができる 外部から加圧することなくバルブ操作で液体窒素を取り出すことができる
仕 様	外寸法	外径 45.5cm × 高さ 84 cm 程度
	外槽材質	SUS
	内容量	50L
	充填量	42L
	蒸発損失液化窒素	1.5L／日
	その他	液面計なし
該当銘柄		西川計測株式会社 自圧式液体窒素容器 EN1J-00010 なお、上記機種以外での見積りを希望する場合、事業担当者に確認をとること。(同等品確認票の提出が必要)