

## 県央地域調達情報

令和7年12月9日公表 調達番号:央25107号

件名:マイクロ冷却遠心機一式の購入(畜産技術センター)

見積書提出期限:令和7年12月18日(正午) 見積書提出場所:調達課 調達グループ

項目番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	マイクロ冷却遠心機一式	久保田商事	別添「仕様書」のとおり	可	1	式	令和8年3月31日	畜産技術センター 総合研究棟3階 生体機能検査室 (海老名市本郷3750) エレベーターあり

### 特記事項

- ・物品の仕様及び、一式内訳は別添「仕様書」を参照すること。
- ・見積金額には、搬入設置費を含む。

### 同等品の確認の連絡先

所属	畜産技術センター
担当者	管理課 中島
電話	046-238-4056
FAX	046-238-8634

仕 様 書	
納入物品	マイクロ冷却遠心機
数 量	1式
納入場所	畜産技術センター 総合研究棟3階 生体機能検査室 (海老名市本郷3750)
仕様の内容	<p>1. 品名 マイクロ冷却遠心機 一式            ① M300FR(100V/ノンフロン仕様) 1台            ② アングルロータ(1.5/2mL×24・0.5mL×10・0.2mL×2/16)            AF-2524 1個            ③ アングルロータ(50mLコニカル管×4) AF-5004CH 1個            ④ 15mLコニカル管用アダプタ(4個1組) 055-1250 1組</p> <p>2. 仕様・要件</p> <p>① 電源AC100Vで動作できること。            ② ノンフロンモデルであること。            ③ 本体寸法が、W50×D70×H90cm以下であること。            ④ 温度設定範囲が、0°C～+35°C、1°Cステップであること。            ⑤ アングルロータの交換またはアダプタを利用することにより、            1.5mL/2mLチューブ、15mL及び50mLコニカル管に対応できること。            ⑥ 1.5/2mLチューブ×24本以上または15mL/50mLコニカル管×4本以上を最高回転数10,000rpm以上、最大遠心力10,000×g以上で遠心できること。            ⑦ アングルロータまたはアダプタの脱着時に工具を必要としないこと。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>