


集団検診実施機関用チェックリスト調査回答結果及び遵守率一覧（令和7年度調査結果）【乳がん：集団】

乳がん (集団)		調査年度 R7 検診実施年度 R7					問1. 対象者への説明						問2. 問診及び撮影の精度管理											
							問1-1	問1-2	問1-3	問1-4	問1-5	問1-6	問2-1	問2-2	問2-3	問2-4	問2-5	問2-6	問2-7	問2-8	問2-9	問2-10	問2-11	問2-12
							要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを説明しましたか	精密検査の方法について説明しましたか。	精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明しましたか	検診の有効性に加え、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくてもがん検診の結果が「要精密検査」となる場合もあることなど、がん検診の不利益について説明しましたか	検診間隔は2年に1回であり、受診の継続が重要であること、プレスト・アウェアネスの重要性、症状がある場合は速やかに医療機関を受診することが重要であることを説明しましたか	乳がんが、わが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明しましたか	検診項目は、質問（医師が自ら行う場合は問診）及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ）としましたか	質問（問診）記録は少なくとも5年間は保存していますか	質問（問診）では現在の症状、月経及び妊娠等に関する事項を必ず聴取するとともに、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況、マンモグラフィの実施可否に係る等を聴取しましたか	乳房エックス線装置の種類を仕様書に明記し、日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たしていましたか	マンモグラフィに係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備していますか	両側乳房について内外斜位方向撮影を行っていますか。また40歳以上50歳未満の受診者に対しては、内外斜位方向・頭尾方向の2方向を撮影していましたか	乳房エックス線撮影における線量及び写真またはモニタの画質について、日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会)の行う施設画像評価を受け、AまたはBの評価を受けていますか	撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会を修了し、その評価試験でAまたはBの評価を受けていますか	事前に乳房エックス線撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、市区町村に提出していますか	緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備していますか	乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備していますか	検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保していますか
No.	検診機関名	評価	遵守率	○	×	△																		
1	(公財) 神奈川県予防医学協会	A	100%	29	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2	宗教学法人寒川神社 寒川病院	A	100%	29	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
3	(一社) 神奈川県労働衛生福祉協会	A	97%	28	1	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4	(公財) 逗葉地域医療センター	A	86%	25	1	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	○		
5	横須賀市健診センター	A	83%	24	5	0	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	×	○	×	○	○		
6	(公社) 藤沢市医師会	A	97%	28	1	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		
7	戸塚共立メディカルサテライトクリニック	A	100%	29	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
集 計		○			7	7	6	7	7	7	7	7	7	6	7	7	5	7	4	7	6	7		
		×			0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	1	0		
		△			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
		割合(○)			100.0%	100.0%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.7%	100.0%	100.0%	71.4%	100.0%	57.1%	100.0%	85.7%	100.0%			



(がん検診実施機関 遵守率)

乳がん (集団)



遵守率

平均  
94.6%