

事 務 連 絡
平成 22 年 8 月 16 日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
厚生労働省医薬食品局安全対策課

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について」
の訂正について

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について（平成22年7月26日薬食発0726第3号厚生労働省医薬食品局長通知）」につき、今般、訂正すべき事項があることから、下記のとおり差し替え訂正方よろしくお願いいたします。

記

1. 別紙「製造販売業者等により回収が行われた製品」訂正（下線部修正）

| 誤 | 正（下線部修正） |
|------------------|---|
| 株式会社アネス | <u>エア・ウォーター</u> 防災株式会社 |
| TEL:04-2960-1820 | <u>品質保証・安全総括部</u> 品質保証部 TEL:078-992-1404 |

※同社の事業統合による。

2. 1. の訂正については、別紙訂正資料も参考にされたいこと。



【別紙】

製造販売業者等により回収が行われた製品

| 製造販売業者等 | 製品名 | 連絡先 | 今回の確認(平成20年11月～平成22年7月)による回収数量 | 【参考】平成13年当時の自主回収 | |
|--|---|---|--------------------------------|------------------|-------|
| | | | | 回収クラス | 回収数量 |
| 五十嵐医科工業 (平成20年11月に 回収命令) | ① ORジャクソンリース セット | 五十嵐医科工業株式会社 担当 (安全管理責任者 五十嵐) TEL:03-3812-6101 | 342 | クラスI | 423 |
| | ② Bスイムジャクソンリ ース セット | | 792 | | |
| アコマ医科工業 (平成20年12月に 回収命令) | 「アコマ麻酔機PRO」の 付属品であるジャクソン リース小児用麻酔回路 | アコマ医科工業株式会社 担当 (安全管理部 早川) TEL:03-3811-4151 | 73 | クラスI | 497 |
| エア・ウォーター防災 株式会社 (過去の輸入業者アイ カ、販売業者アネス) | デュパコ社製ノーマンマ スクエルボ | エア・ウォーター防災株式会社 品質保証・安全総括部 品質保 証部 TEL:078-992-1404 | 97 | クラスII | 209 |
| 小林製薬 (アトムメデイカル株 式会社より承継) | ジャクソンリース蘇生回 路のうち垂直型エルボー を有する製品 | 小林製薬株式会社 小林メデイ カルカンパニー 薬事・品質保証部 品質保証課 TEL:06-6222-6606 | 39 | クラスII | 1,364 |

※ いずれの製品も現在は販売されていない。